

Białystok, dnia 26 listopada 2012 r.

PS-III.9612.196.2012.MB

Pani

**Krystyna Jadwiga Kuć**

wspólnik spółki pn.: MULTIMEDICA I

Krystyna Jadwiga Kuć, Marzena Ewa

Ginel, Beata Agnieszka Zawistowska

i Joanna Barbara Kępska Specjalistyczna

Praktyka Lekarska Spółka Partnerska

ul. Sienkiewicza 53B lok. 30

15 – 002 BIAŁYSTOK

## **ZALECENIA POKONTROLNE**

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w toku przeprowadzonej w dniu 15 listopada 2012 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego pn. MULTIMEDICA I - Krystyna Jadwiga Kuć, Marzena Ewa Ginel, Beata Agnieszka Zawistowska i Joanna Barbara Kępska – Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Spółka Partnerska z/s w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 53B lok. 30 prowadzącego przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – MULTIMEDICA I - Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Spółka Partnerska z/s w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 53B lok. 30 w zakresie oceny funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru, które wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią w dniu 15 listopada 2012 r. przekazuję Pani niniejsze zalecenia pokontrolne.

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowością.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że aparaty służące do udzielania świadczeń medycznych w kontrolowanym przedsiębiorstwie tj. lampa szczelinowa (brak numeru seryjnego) oraz perymetr FREY AP 300 nr seryjny PJAC 001K nie posiadały dokumentacji technicznej prowadzonej na podstawie art. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe wnoszę o prowadzenie dokumentacji technicznej aparatów służących do udzielania świadczeń medycznych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonej w wyniku kontroli nieprawidłowości winno nastąpić **w terminie do 30 dni** od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie należy poinformować organ rejestrowy **w terminie 14 dni** od dnia wykonania zaleceń pokontrolnych o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.

Ponadto przypominam, iż nieprzestrzeganie **zapisów art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia o działalności leczniczej tj. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych**, może spowodować wykreślenie z rejestru, po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/ - /

*Andrzej Kozłowski*

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej