

PS-III.9612.28.2012.DM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
STOMATOLOGICZNEGO NIEPUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ EURODENT
UL. MICKIEWICZA 108 A
17 – 100 BIELSK PODLASKI**

NIP: 543-20-41-190

REGON: 200067417

Nr księgi rejestrowej: 000000024429

Bielsk Podlaski, 28 lutego 2012 r.

W

28.02.2012 *Polakiewicz*
28.02.2012 *W*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURODENT z/s w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 108 A

II. PODMIOT LECZNICZY:

Marta Dąbrowska - Żychoń, ul. Mickiewicza 108 A, 17 – 100 Bielsk Podlaski

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

ul. Mickiewicza 108 A, 17 – 100 Bielsk Podlaski

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.28.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 21 lutego 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.28.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 21 lutego 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 28 lutego 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 28 lutego 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.58.2011.MB z dnia 20 czerwca 2011 r.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego tj. 22 czerwca 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Marty Dąbrowskiej - Żychoń – podmiotu leczniczego,


Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 5/2012.

VIII. Skontrolowano następujące zagadnienia:

1. czy podmiot leczniczy uzupełnił dokumentację techniczną potwierdzającą przeprowadzenie testu specjalistycznego aparatu PLANMECA PROLINE z cefalostatem,
2. czy podmiot leczniczy uzupełnił dokumentację techniczną aparatu RTG PLANMECA INTRA nr seryjny IXRE 067012 o przegląd techniczny, zgodny z art. 90 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych,
3. czy podmiot leczniczy uzupełnił w statucie Zakładu zapisy dotyczące udzielania świadczeń medycznych z zakresu rentgenodiagnostyki,
4. czy podmiot uzupełnił zapisy w regulaminie porządkowym dotyczące: współpracy z innymi podmiotami medycznymi, zakresu czynności personelu oraz opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

IX. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

- Ad. 1. P. Marta Dąbrowska - Żychoń – właściciel podmiotu leczniczego przedstawił kontrolującym test specjalistyczny z dnia 9 sierpnia 2011 r. aparatu PLANMECA PROLINE z cefalostatem,
- Ad. 2. P. Marta Dąbrowska - Żychoń – właściciel podmiotu leczniczego przedstawił kontrolującym przegląd techniczny PLANMECA INTRA nr seryjny IXRE 067012 zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych,

28.02.2012 
18.02.2012 

- Ad. 3.** Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym statut Zakładu, w którym uzupełniono w Dziale IV – Struktura organizacyjna zapis o gabinet RTG,
- Ad. 4.** Kontrolującym podczas kontroli przedstawiono regulamin porządkowy uzupełniony o zapisy dotyczące współpracy z innymi podmiotami medycznymi, o zakres czynności personelu oraz o opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej.

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 28 lutego 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy zrealizował zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.58.2011.MB z dnia 20 czerwca 2011 r.
Kontrola została oceniona pozytywnie.

28.02.2012 *[signature]*
28.02.2012 *[signature]*

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot wykonujący działalność leczniczą nie zgłosił zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

Marta Dąbrowska-Żychor
lekarz dentysta
7-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 108A, tel. 7307335

1. Marta Dąbrowska-Żychor
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

1. Dorota Maksimowicz
Dorota Maksimowicz

STOMATOLOGICZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ EURODENT
Marta Dąbrowska-Żychor
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 108A, tel. 085/730-73-35
NIP 543-204-11-90, Reg. 200067417

starszy inspektor wojewódzki
2. Andrzej Marcin Modzelewski
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Marta Dąbrowska-Żychor
podpis kontrolowanego

Marta Dąbrowska-Żychor
lekarz dentysta
1864997
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 108A, tel. 7307335

Protokół sporządzono: Bielsk Podlaski, dnia 28.02.2012

28.02.2012 Poliklinika
28.02.2012