

Białystok, dnia 6 czerwca 2012 r.

PS-III.9612.107.2012.MB

ARS-MEDICA spółka partnerska lekarzy
U. Musiał, K. Pniewska-Grosz, L. Cwanek
ul. Sikorskiego 40 lok. 26
16-100 Sokółka

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w toku przeprowadzonej w dniu 30 maja 2012 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego pn. ARS-MEDICA spółka partnerska lekarzy U. Musiał, K. Pniewska-Grosz, L. Cwanek, z/s w Sokółce, ul. Sikorskiego 40 lok. 26, prowadzącego przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS-MEDICA w Sokółce z/s w Sokółce, ul. Sikorskiego 40 lok. 27 w zakresie oceny podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią Krystynę Pniewską – Grosz – kierownika przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w dniu 30 maja 2012 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowością.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że aparat służący do udzielania świadczeń medycznych w kontrolowanej jednostce tj. przepływomierz dopplerowski SONOMED VENO nr seryjny 2005112 nie posiadał dokumentacji technicznej prowadzonej na podstawie art. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

W dniu 5 czerwca 2012 r. do organu rejestrowego wpłynęła informacja złożona przez Panią Krystynę Pniewską – Grosz – kierownika przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego dotycząca aparatu pn. przepływomierz dopplerowski SONOMED VENO nr seryjny 2005112. Do przedmiotowego pisma dołączono opinię o stanie technicznym Nr 13/12 z dnia 31 maja 2012 r. stwierdzającą, że w/w aparat kwalifikuje się do dalszej eksploatacji z zastrzeżeniem stosowania zaleceń instrukcji użytkownika.

Biorąc pod uwagę powyższe odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych w kontrolowanym zakresie.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/ - /

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej