

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

Białystok, dnia 25 marca 2013 r.

PS-III.9612.48.2013.MB

Pan
Maciej Gabrylewski
Prezes Zarządu
Białostockie Centrum Analiz Medycznych
Spółka z o.o.
ul. Grochowa 2A
15-423 Białystok

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) w toku przeprowadzonej w dniu 8 marca 2013 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego – Białostockie Centrum Analiz Medycznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącego przedsiębiorstwa pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Białostockie Centrum Analiz Medycznych Sp. z o.o. z/s w Białymstoku, ul. Grochowa 2A w zakresie: „Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana 8 marca 2013 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Kontrolowany podmiot leczniczy nie podaje do wiadomości pacjenta w sposób zwyczajowo przyjęty w pomieszczeniach przy ul. Sienkiewicza 79A w Białymstoku informacji dotyczących wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,
co jest niezgodne z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217),
2. Kontrolowany podmiot leczniczy nie przedłożył do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwych organów samorządu zawodowego informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawna,
co jest niezgodne z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 217),
3. W kontrolowanym podmiocie leczniczym nie kontroluje się na bieżąco w pomieszczeniach do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej warunków mogących mieć wpływ na wyniki badań,

co jest niezgodne z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 z późn. zm.),

4. Przedłożona dokumentacja w kontrolowanym podmiocie leczniczym dotycząca aparatury pomiarowo – badawczej oraz sprzętu, stanowiącego wyposażenie laboratorium nie zawierała instrukcji postępowania przy działaniach naprawczych i korygujących oraz oświadczenia o dopuszczeniu do użytkowania po usunięciu awarii,
co jest niezgodne z § 5 ust. 4 pkt 7 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości wnoszę o:

1. Podanie do wiadomości pacjenta w sposób zwyczajowo przyjęty informacji dotyczących wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością - zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217),
2. Kwartalne przekazywanie Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną oraz jako praktykę zawodową - zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217),
3. Kontrolowanie na bieżąco w pomieszczeniach do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej warunków mogących mieć wpływ na wyniki badań - zgodnie z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 z późn. zm.),
4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej aparatury pomiarowo – badawczej oraz sprzętu, stanowiącego wyposażenie laboratorium, zgodnie z zapisami § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 z późn. zm.) uwzględniającej instrukcję postępowania przy działaniach naprawczych i korygujących oraz oświadczenia o dopuszczeniu do użytkowania po usunięciu awarii.

Podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości winno nastąpić **w terminie do 30 dni** od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie należy poinformować organ rejestrowy **w terminie 14 dni** od dnia wykonania zaleceń pokontrolnych o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.

Ponadto przypominam, iż nieprzestrzeganie **zapisów art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej tj. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych**, może spowodować wykreślenie z rejestru, po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

/-/

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej