

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w BIAŁYMSTOKU  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

Białystok, dnia 15 lipca 2013 r.

PS-III.9612.123.2013.AP.

**Niepubliczny Stomatologiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
lek. stom. Marzena Rybińska  
ul. ks. Piotra Ściegiennego 39 F  
16-100 Sokółka**

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217) w toku przeprowadzonej w dniu 8 lipca 2013 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego pn. Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. stom. Marzena Rybińska, ul. ks. Piotra Ściegiennego 39F, 16-100 Sokółka, prowadzącego przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Stomatologiczny ZOZ lek. stom. Marzena Rybińska, ul. ks. Piotra Ściegiennego 39F, 16-100 Sokółka, w temacie oceny spełniania warunku prowadzenia działalności leczniczej w zakresie stosowania wyrobów medycznych odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr. 107, poz. 679 z późn. zm.), której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez p. Marzenę Rybińską – właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa w dniu 8 lipca 2013 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość polegającą na braku przeglądu technicznego lampy polimeryzacyjnej model DEMI, o nr fabrycznym 921649 w okresie od listopada 2011 r. do marca 2012 r. – co jest niezgodne z art. 90 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych.

Mając na uwadze powyższą nieprawidłowości wnoszę o stosowanie się do zapisów **art. 90 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych** w zakresie właściwego prowadzenia dokumentacji technicznej lampy polimeryzacyjnej, model DEMI, o nr fabrycznym 921649.

Podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości winno nastąpić **w terminie do 30 dni** od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie należy poinformować organ rejestrowy **w terminie 14 dni** od dnia wykonania zaleceń pokontrolnych o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.

Ponadto przypominam, iż nieprzestrzeganie **zapisów art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tj. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych**, może spowodować wykreślenie z rejestru, po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

/-/

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej