

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w BIAŁYMSTOKU  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

Białystok, dnia 3 marca 2014 r.

PS-III.9612.18.2014.AM

**„OKULIŚCI” Spółka Cywilna Maria  
Chętnik, Halina Iwańczuk, Joanna Zając**  
ul. Słonimska 15/1 lok. 36,  
15-028 Białystok

**ZALECENIA POKONTROLNE**

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w toku przeprowadzonej w dniu 20 lutego 2014 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego – „OKULIŚCI” Spółka Cywilna Maria Chętnik, Halina Iwańczuk, Joanna Zając prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Okuliści” s.c. z/s w Białystok, ul. Słonimska 15/1 lok. 36, w zakresie: „Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej”, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią Joannę Zając w dniu 20 lutego 2014 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak przeprowadzania przeglądów technicznych w okresie od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. 20 lutego 2014 r.: tonometru impresyjnego model SCHOTZ nr seryjny 107880, tonometru impresyjnego model SCHOTZ nr seryjny 189594, tonometru impresyjnego model SCHOTZ nr seryjny 1729.  
**co jest niezgodne z art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.),**
2. Brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenia przeglądów technicznych: lampy szczelinowej model 30SL-M nr seryjny 185279, autorefraktomeru model GR-2100 nr seryjny 3250845, tonometru aplanacyjnego SL nr seryjny 10-30186462, perymetru model AP-100 nr seryjny KABE0014, keratometru ręcznego model JOVAL nr seryjny 297516, wizuskopu nr seryjny 77169, oftalmoskopu ZEISS nr seryjny 31465, tachymetru model SP-100 nr seryjny 981812 w okresie od 23 listopada 2012 r. do 30 stycznia 2014 r.  
**co jest niezgodne z art. 90 ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.),**
3. Kontrolowany podmiot leczniczy nie przedłożył podczas kontroli potwierdzenia złożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz samorządów zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych w okresie do 14 lutego 2014 r.

**co jest niezgodne z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).**

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości wnoszę o:

1. Dokonywanie przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego w terminach wskazanych przez podmiot uprawniony przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego prowadzenie dokumentacji technicznej aparatów służących do udzielania świadczeń medycznych oraz przestrzegania terminów wynikających z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały przeglądy.  
**zgodnie z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),**
2. Przekazywanie raz na kwartał do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwych organów samorządów zawodów medycznych informację o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną  
**zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).**

Podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości winno nastąpić **w terminie do 30 dni** od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie należy poinformować organ rejestrowy **w terminie 14 dni** od dnia wykonania zaleceń pokontrolnych o usunięciu stwierdzonej nieprawidłowości.

Ponadto przypominam, iż nieprzestrzeganie **zapisów art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia o działalności leczniczej tj. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych**, może spowodować wykreślenie z rejestru, po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

/ – /

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej