

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

Białystok, dnia 3 kwietnia 2014 r.

PS-III.9612.35.2014.AM

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno
– Stawowych J. Badurski Spółka Jawna**
ul. Stołeczna 7 lok. 200,
15-879 Białystok

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w toku przeprowadzonej w dniu 21 marca 2014 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno – Stawowych J. Badurski Spółka Jawna prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą: Centrum Leczenia Chorób Kostno – Stawowych i Kręgosłupa z/s w Białymstoku, ul. Stołeczna 7 lok. 200, w zakresie: „Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej”, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią Nonnę Annę Nowak w dniu 21 marca 2014 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość: brak przeprowadzenia przeglądów technicznych aparatów pn.: Mini inkubator nr seryjny 06091058 w okresie od 15 listopada 2012 r. do 9 maja 2013 r.; EKG ELI 150 RX nr seryjny 109430028481 w okresie od 8 grudnia 2012 r. do 10 lipca 2013 r. oraz Elektryczny Stymulator TENS w okresie od 8 grudnia 2012 r. do 10 lipca 2013 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

Mając na uwadze powyższą nieprawidłowość wnoszę o przestrzeganie terminów dokonywania przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego użytkowanego w przedsiębiorstwie wskazanych przez podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego – zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych.

Podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości winno nastąpić **w terminie do 30 dni** od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie należy poinformować organ rejestrowy **w terminie 14 dni** od dnia wykonania zaleceń pokontrolnych o usunięciu stwierdzonej nieprawidłowości.

Ponadto przypominam, iż nieprzestrzeganie zapisów art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia o działalności leczniczej tj. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, może spowodować wykreślenie z rejestru, po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

/ – /

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej