

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

Białystok, dnia 13 maja 2014 r.

PS-III.9612.68.2014.AM

**Pani Małgorzata Suszko
Pani Elżbieta Anna Stawowska**
„DERMEDICA” s.c.
ul. Legionowa 3 lok. 5, 6,
15-099 Białystok

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w toku przeprowadzonej w dniu 5 maja 2014 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego – „DERMEDICA” s.c. Małgorzata Suszko, Elżbieta Anna Stawowska prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DERMEDICA” s.c. Małgorzata Suszko, Elżbieta A. Stawowska z/s w Białymstoku, ul. Legionowa 3 lok. 5, 6, w zakresie: „Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej”, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią Elżbietę Annę Stawowską w dniu 5 maja 2014 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak przeprowadzania aktualnych przeglądów technicznych aparatów: IRIDEX DioLite 532 nr seryjny DL31343H30 oraz FRAXEL Re:store nr seryjny F1037.

Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

2. Kontrolowany podmiot leczniczy nie przedłożył podczas kontroli potwierdzenia złożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych za okres I kwartału 2013 r., II kwartału 2013 r., III kwartału 2013 r., IV kwartału 2013 r. oraz I kwartału 2014 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości wnoszę o:

1. Dokonywanie przeglądów technicznych aparatów: IRIDEX DioLite 532 nr seryjny DL31343H30 oraz FRAXEL Re:store nr seryjny F1037 w terminach wskazanych w instrukcji użytkowania oraz przestrzeganie terminów wynikających z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały przeglądy

zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

2. Przekazywanie raz na kwartał do Państwowej Inspekcji Pracy informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną
zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

Podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości winno nastąpić **w terminie do 30 dni** od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie należy poinformować organ rejestrowy **w terminie 14 dni** od dnia wykonania zaleceń pokontrolnych o usunięciu stwierdzonej nieprawidłowości.

Ponadto przypominam, iż nieprzestrzeganie **zapisów art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia o działalności leczniczej tj. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych**, może spowodować wykreślenie z rejestru, po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

/ – /

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej