

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

Białystok, dnia 17 listopada 2014 r.

PS-III.9612.164.2014.AP.

**Centrum Zdrowia MEDYCYN
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

ul. Komisji Edukacji Narodowej 50 lok. U4
15-687 Białystok

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w toku przeprowadzonej w dniu 3 listopada 2014 r. podmiotu leczniczego pod nazwą: Centrum Zdrowia MEDYCYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komisji Edukacji Narodowej 50 lok. U4, 15-687 Białystok prowadzącego przedsiębiorstwo pn.: Centrum Zdrowia MEDYCYN Poradnie Specjalistyczne, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52 lok. 1, 15-687 Białystok w zakresie: „Ocena podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej”, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią Barbarę Kosior – członka Zarządu upoważnionego do reprezentowania podczas kontroli podmiotu leczniczego w dniu 7 listopada 2014 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość 13 szt. aparatów i sprzętu medycznego, szczegółowo ujętych w załączniku Nr 1 do protokołu kontroli, nie zostało poddanych przeglądów technicznym w terminie wskazanym przez podmiot uprawniony do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.).

Mając na uwadze powyższą nieprawidłowość wnoszę o dokonywanie przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego w terminach wskazanych przez podmiot uprawniony przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego - zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych powyżej nieprawidłowości winno nastąpić **w terminie do 30 dni** od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie należy poinformować organ rejestrowy **w terminie 14 dni** od dnia wykonania zaleceń pokontrolnych o usunięciu stwierdzonej nieprawidłowości.

Ponadto przypominam, iż nieprzestrzeganie **zapisów art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia o działalności leczniczej tj. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych**, może spowodować wykreślenie z rejestru, po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/ – / Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej